



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
PRAÇA BARÃO DE GURGUÊIA, 443 – CENTRO – UNIÃO – PI.
CNPJ: 06.553.606/0001-30
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

7	BANHO MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior; Temperatura regulável em 5 graus Celsius a 80 graus Celsius; Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas; Capacidade de 7L ou superior; Tampa em aço inox ou em plástico; Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado; Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular; Estante única para tubos de ensaio; Controlador de temperatura com display; Faixa de trabalho no mínimo entre 30°C e 56°C, com precisão de mais ou menos 0,7 graus Celsius.	R\$ 1.800,00		Netlab	R\$ 3.600,00	2
8	CADEIRA: RODÍZIOS, BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI; ASSENTO ENCOSTO DE POLIPROPILENO. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO	R\$ 90,00		Modelo	R\$ 540,00	6
9	CENTRÍFUGA LABORATORIAL: TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	R\$ 4.500,00		Benfer	R\$ 22.500,00	5
10	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intelcore i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dualCHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido		R\$ 2.337,00	labyte	R\$ 2.337,00	1
11	CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS: tipo/teclas digital de 11 até 14		R\$ 900,00	Kacil	R\$ 2.700,00	3
12	ESTANTE: material de confecção aço/ferro pintado; capacidade/prateleiras de 101 a 200kg, possui reforço		R\$ 172,50	Modelo	R\$ 345,00	2
13	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERELIZAÇÃO: material de confecção: aço inoxidável; possui porta; capacidade de 81 até 100L; possui temperatura de até 300°C	R\$ 4.500,00		Bunker	R\$ 9.000,00	2
14	GELADEIRA/REFRIGERADOR: Capacidade de 260 a 299L	R\$ 1.600,00		Esmaltex	R\$ 1.600,00	1
15	HOMOGENEIZADOR: Características mínimas: Homogenizador de sangue para hematologia para uso em tubos de ensaio tipo Vacutainer. Com controle de velocidade e gabinete fabricado em chapa de aço pintura em Epoxi. Capacidade: 20 Tubos. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante	R\$ 950,00		Inbras	R\$ 950,00	1
16	MESA DE ESCRITÓRIO: 02 GAVETAS; MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/ MDF/ SIMILAR; COMPOSIÇÃO SIMPLES	R\$ 300,00		Modelo	R\$ 600,00	2
17	MESA DE REUNIÃO: REDONDA DE 1,20 D; MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/ MDF/ SIMILAR		R\$ 330,00	Modelo	R\$ 330,00	1
18	MICROPIPETA MONOCANAL: Capacidade volume variável; possui ejetor automático; possui certificado RBC	R\$ 760,00		Thermo	R\$ 2.280,00	3

19	MICROSCÓPIO LABORATORIAL: Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular do tipo Siendetopf inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver porta objetiva para quatro objetivas; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, todas tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina mecânica com superfície de área mínima de 188 x 150 mm, divisão de no mínimo 0,1 mm, Chariot com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial	R\$ 10.000,00		Newtoys	R\$ 30.000,00	3
20	NO-BREAK(PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; garantia de 12 meses.		R\$ 538,50	Tshara	R\$ 1.077,00	2
21	PIPETADOR AUTOMÁTICO: possui filtro hidrofóbico; tipo bateria; tipo AID	R\$ 1.200,00		Thermo	R\$ 4.800,00	4
22	SUPORE DE WESTERGREEN: capacidade de min. de 10 pipetas de VHS	R\$ 200,00		Precision	R\$ 1.200,00	6

União - PI, 07 de Maio de 2020.

Thayrine Santos Moura Pimentel

Diretora Geral do HMU



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA
CNPJ: 01.612.568/0001-26

EXTRATO PUBLICAÇÃO COM FORÇA DE RATIFICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA-PI

CNPJ: 01.612.568/0001-26

CONTRATADA: DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI

CNPJ: 10.086.670/0001-09

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DE COMBATE AO COVID-19

Fundamentação legal: ART. 24, IV Lei 8.666/93

Data assinatura: 22 de abril de 2020

Valor Global R\$ 5.740,00 (cinco mil, setecentos e quarenta reais)

Informações: Setor das Licitações e Contratos - Secretaria de Administração - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA-PI